Relatório de Ensaios de Qualidade do Ar

www.campo.com.br
CENTRO DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL

CERTIFICADO DE ANÁLISE Nº: 23471/25A REV: 0

Emissão: 09/07/2025 10:10:50

Processo: 6277/2025

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente Solicitante: SALITRE FERTILIZANTES LTDA

Endereço: Fazenda Salitre, S/N , Marruá - Serra do Salitre - MG

Cliente Interessado: SALITRE FERTILIZANTES LTDA

Endereço: Fazenda Salitre, S/N , Marruá - Serra do Salitre - MG

INFORMAÇÕES DA AMOSTRAGEM

Identificação da Amostragem

Identificação do Ponto: QAR 02 - PM10

Equipamento Utilizado:

Responsável pela Amostragem: CAMPO

Validade da Calibração: 12/09/2025

Plano de Amostragem: 6277/2025

Dados da Amostragem

Data de Início da Amostragem: 26/06/2025

Horâmetro inicial e Final: 492158 e 494558

Temperatura Inicial: 25 ºC

Condições Ambientais: Bom

Norma técnica utilizada: ABNT NBR 13412:1995

Hora Início da Amostragem: 12:00:00

Tempo de Amostragem: 24 horas

Pressão Inicial (mmHg): 912,6

Vazão Média de Amostragem (m³/h): 1,148 M³/min

Coordenadas: S 19°3'2.44692", W 46°43'5.44044"

OBSERVAÇÕES DA AMOSTRAGEM

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetro	Nº Interno	Protocolo	Resultado	Unidade	Incerteza da medição	L.Q.	VMP[1]	VMP[2]
PM 10 - Partículas Inaláveis	23471/25A	ABNT NBR 13412:1995	10,41	µg/Nm³	0,55	2	35	100

[1] Valor máximo permitido para média anual conforme o PI-2 da CONAMA 506/2024.

A amostragem foi realizada nas instalações do Cliente e as determinações do analito no Laboratório da CAMPO.
A incerteza expandida foi obtida pela multiplicação da incerteza padrão pelo fator de abrangência K=2.
As informações de data e hora de realização do ensaio estão disponíveis aos clientes e podem ser solicitadas pelo e-mail "resultados.ambiental@campoanalises.com.br"
Os resultados expressos neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente ao item amostrado e ensaiado.
É proibida a reprodução parcial deste certificado. A Incerteza da amostragem está contida na incerteza do ensaio.
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 1039.

Fernando Vilela, DSc
CRQ - MG 02102119
Responsável Técnico

Ensaios ABNT NBR ISO/IEC 17025
CRL 1039

Chave de Validação: FFBCCD-BIBAGE-BEBAABF

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, nº 1.000 - Bairro: Alto do Córrego - Paracatu - MG - CEP: 38.600-000 - Tel.: +55 (38) 3671-1164